

رقم المرفق	٤٠	رقم المادة	٤/١٥	رقم الإصدار	٥
عنوان المرفق	محلات النظارات الطبية				

محلات النظارات الطبية

(لقياس وفحص البصر وقص وبيع النظارات والعدسات اللاصقة)

أولاً: الكوادر الواجب توفرها لمحلات النظارات:

١. أخصائي بصريات أو طبيب نائب عيون (دون السماح له بتشخيص الامراض أو وصف الأدوية أو علاج أمراض العيون) حاصل على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
٢. فني بصريات أو فني نظارات حاصل على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ثانياً: الأجهزة الواجب توفرها لقياس وفحص البصر وصرف العدسات اللاصقة والنظارات وهي كما يلي:

١- جهاز البيومكروسكوبي مع جهاز ضغط العين (اختياري)	- Slit lamb with applanation tonometer(Optional)
٢- طاولة لتعليم المريض مع إضاءة (اختياري)	- Teaching table with illuminated mirror
٣- مصدر ماء (اختياري)	- Sink (Optional)
٤- مجموعة عدسات لاصقة تجريبية	- Trail lenses (various soft and hard)
٥- صبغة الفلورسين (اختياري)	- Fluorescein (Optional)
٦- محاليل العدسات	- Contract lens solution and cases
٧- إطارات تجريبية للكبار والصغار	- Trial frames (adult and pediatric)
٨- جهاز قياس تحدب القرنية	- Keratometer
٩- جهاز تنظير عيني مباشر مع شاحن	- Retinoscope and charger
١٠- جهاز فحص بصري أتوماتيكي	- Autorefractor
١١- جهاز عرض مع شاشة لقوة الابصار	- Eye chart projector and screem
١٢- وحدة لحجب العين	- Eye occluder
١٣- جهاز تنظير للشبكية مع شاحن	- Direct ophthalmoscope and charge
١٤- كرسي لفحص المرضى	- Patien examination chair

- Adjustable stool	١٥- كرسي للفاحص
- Complete set of trial lenses or Phoropter	١٦- مجموعة عدسات تجريبية للكشف
- Phoropter	١٧- جهاز الفوروبتر
- Lensmeter	١٨- جهاز قياس قوة العدسة
- Heat box	١٩- صندوق لتسخين اطارات النظارات
- Adjustment tools.	٢٠- أدوات ضبط
- Puillary distance ruler or pupilometer	٢١- جهاز قياس بعد البؤبؤين
- Dispensing table	٢٢- طاولة صرف

- يمكن الاكتفاء بورشة مركزية واحدة لكل مجموعة فروع تعمل في قطاع البصريات.
- يجب على محلات النظارات فئة (ب) وفئة (ج) الالتزام بالمرفق أعلاه عند نقل الملكية أو نقل الموقع.